



FABIANO ANTONIO MARQUES GUEDES DA CRUZ FILHO <fabiano.antonio@trt6.jus.br>

duvida sobre o item 3 no edital 900052026

4 mensagens

'Claudia Leonardo' via TRT6 - Divisão de Licitações e Compras Diretas <dlic@trt6.jus.br> 1 de julho de 2026 às 14:25
Responder a: Claudia Leonardo <claudia@jppharma.com.br>
Para: dlic@trt6.jus.br

Esclarecimento ao item torniquete

Prezados senhores

Quando esta Administração diz ou similar comprovado, ela quer dizer o que? estudos de entidades que comprovem a equivalência?

Aguardamos seu posicionamento.

3.3. Torniquete Tático:

Natureza: Controle de sangramento maciço em extremidades, com capacidade de auto aplicação.

Especificação Técnica: Sistema de fivela simples para tracionamento rápido e eficiente. Barra de tracionamento preferencialmente metálica, com sobressaltos nas extremidades e localização fixa. Possuir placa de estabilização com bordas arredondadas. Sem látex. Comprovadamente eficaz (recomendado pelo CoTCCC – USA ou similar comprovado). Dimensões mínimas aberto: 95,25cm (comprimento) x 3,80cm (largura). Registro na ANVISA. Cor preta.

--



CLAUDIA LEONARDO

DEPTO DE LICITAÇÕES

Rua Equador, 43 BL 3 salas 1315/1316

Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ

55 21 9 8800 0203

FABIANO ANTONIO MARQUES GUEDES DA CRUZ FILHO <dlic@trt6.jus.br>

1 de julho de 2026 às 17:22

Para: Secretaria de Polícia Judicial <spj@trt6.jus.br>

Prezados,

Solicito, com a máxima urgência, o envio da resposta (para esta DLIC) ao pedido de esclarecimento referente ao item 3 do Edital nº 90005/2026 (PRE 05/2026), apresentado pela Divisão de Licitações e Compras Diretas (DLIC).

Atenciosamente,

FABIANO ANTONIO MARQUES GUEDES DA CRUZ FILHO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

HUMBERTO MARINHO DA COSTA VIEIRA DE MELO <humberto.melo@trt6.jus.br>

2 de julho de 2026 às 09:22

Para: FABIANO ANTONIO MARQUES GUEDES DA CRUZ FILHO <dlic@trt6.jus.br>

Cc: Secretaria de Polícia Judicial <spj@trt6.jus.br>

PREZADO FABIANO,

Em atenção ao questionamento formulado, este Órgão Técnico esclarece que a expressão "**igual ou semelhante**" (ou similaridade) visa garantir a ampla competitividade do certame, permitindo a participação de diversas marcas, desde que o produto ofertado atenda integralmente aos requisitos mínimos de desempenho, segurança e eficácia descritos no Termo de Referência (TR).

Requisitos de Eficácia e Certificação:

Recomendação do CoTCCC ou Equivalente: O produto deve constar na lista de torniquetes recomendados pelo *Committee on Tactical Combat Casualty Care* (CoTCCC - EUA) **OU**, alternativamente, o licitante deve apresentar

estudos científicos, testes laboratoriais ou relatórios técnicos de entidades de saúde/militares reconhecidas, que comprovem que o modelo ofertado possui eficácia científica idêntica (100% de oclusão do fluxo sanguíneo em membros superiores e inferiores) e o mesmo protocolo de aplicação simplificada dos modelos de referência.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Humberto Marinho C V Melo

Diretor da Secretaria de Polícia Judicial em Exercício

TRT-6ª REGIÃO

Cais do Apolo, 739 - Recife - PE

Telefone: (81) 3225-3225

FABIANO ANTONIO MARQUES GUEDES DA CRUZ FILHO <dlic@trt6.jus.br>

2 de julho de 2026 às 10:21

Para: Cláudia Leonardo <claudia@jp-pharma.com.br>

Caros JPPharma

Segue resposta da unidade técnica sobre o pedido de esclarecimento apresentado ao PRE 05/2026.

"...

Em atenção ao questionamento formulado, este Órgão Técnico esclarece que a expressão **"igual ou semelhante"** (ou similaridade) visa garantir a ampla competitividade do certame, permitindo a participação de diversas marcas, desde que o produto ofertado atenda integralmente aos requisitos mínimos de desempenho, segurança e eficácia descritos no Termo de Referência (TR).

Requisitos de Eficácia e Certificação:

Recomendação do CoTCCC ou Equivalente: O produto deve constar na lista de torniquetes recomendados pelo *Committee on Tactical Combat Casualty Care* (CoTCCC - EUA) **OU**, alternativamente, o licitante deve apresentar **estudos científicos, testes laboratoriais ou relatórios técnicos de entidades de saúde/militares reconhecidas**, que comprovem que o modelo ofertado possui eficácia científica idêntica (100% de oclusão do fluxo sanguíneo em membros superiores e inferiores) e o mesmo protocolo de aplicação simplificada dos modelos de referência."

Atenciosamente

Fabiano Cruz Filho

Pregoeiro

TRT6

[Texto das mensagens anteriores oculto]